# Sekusept™ MultiEnzyme

## Ензимен препарат за предварително почистване на медицински изделия, включително гъвкави ендоскопи

Почистването на медицински инструменти и ендоскопи е предпоставка за извършване на ефективна дезинфекция.

Добре подбраната комбинация от ензими с повърхностноактивни вещества и други съставки осигурява на Sekusept MultiEnzyme отлични почистващи свойства за всички видове медицински инструменти, включително гъвкави ендоскопи.

Sekusept MultiEnzyme осигурява:

- Съвместимост с материалите благодарение на неутралното pH
- Спестяване на време, тъй като се избягва повторно почистване
- Икономически изгоден с ниска работна концентрация

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

# Sekusept™ MultiEnzyme

Ензимен препарат за предварително почистване на медицински изделия, включително гъвкави ендоскопи

**Sekusept MultiEnzyme**
Бутилка 2 л

**Sekusept MultiEnzyme**
Туба 6 л

## Бързо действие

Sekusept MultiEnzyme осигурява ефективно и цялостно почистване. Това помага за намаляване необходимото време за почистване и избягване на повторно почистване.

## Лесен за употреба

Sekusept MultiEnzyme съчетава уникална комбинация от повърхностноактивни вещества и ензими - протеаза, липаза и амилаза, подпомагащи разграждането на протеини, мазнини и скорбяла. Формулата се отмива лесно, а потопеният инструментариум е ясно различим. Прозрачният син цвят е индикация за това, че продуктът е добавен в разтвора.

## Икономически изгоден

Sekusept MultiEnzyme може да се прилага в ниски концентрации в диапазон от 0,3% (3 мл/литър) до 2% (20 мл/литър) за 10 минути, т.е. по-малко количество продукт, необходим за един работен цикъл.

## Опаковка и информация за поръчка

| Продукт | Опаковка | Код на поръчка |
|---|---|---|
| Дозираща бутилка с мерителна чашка Sekusept MultiEnzyme | 4 x 2 л | 3122790 |
| Туба Sekusept MultiEnzyme | 1 x 6 л | 3046640 |

## Област на приложение

Ензимен препарат за всички видове медицински инструменти, включително гъвкави ендоскопи. Подходящ също за използване в ултразвукови вани.

## Инструкции за употреба

В зависимост от вида и степента на замърсяване, пригответе разтвор с концентрация 0,3% – 2% (3 – 20 мл/л) във вода с най-малко питейни качества за минимум 10 минути. Потопете подлежащите на почистване изделия, като се уверите, че всички повърхности са напълно мокри. Почистете инструментите съгласно инструкциите на производителя, включително чрез подходящо механично действие (напр. използване на четка). Ако се използва ултразвукова вана (време за контакт минимум 5 минути), тя трябва да бъде покрита по време на сонификацията.

Изплакването се извършва с вода с най-малко питейни качества. За ръчна повторна обработка на ендоскопи подсушете външните повърхности и каналите, за да избегнете разреждане на дезинфекционния разтвор, използван в следващата стъпка. За крайна дезинфекция, моля, третирайте по подходящ начин. Носете подходящи ръкавици и защита на лицето по време на целия процес.

## Състав

Нейонно повърхностно активно вещество, антикорозивен агент, разтворители, ензимен комплекс, консервант, инертни вещества.

## Съхранение

Опасно – спазвайте предпазните мерки при употреба (изготвени съгласно действащите европейски правила относно класификацията и етикетирането на химически продукти). Съхранение: между +5°C и +25°C.

## Сертификати

При поискване с удоволствие ще ви предоставим сертификати.

## Безопасна употреба на медицински изделия

Моля, прочетете етикета и информацията за продукта.

*САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.*

**ЕКОЛАБ ГМБХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ**
бул. Цариградско шосе 115 А
1784 София, България
+359 2 976 80 35

**ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH**
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

© 2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved. HC-IR-SEKU-5014-4-BG-1025

FS:17.06.2024

9789